

檢驗科尿液檢驗項目「量測不確定度」 2025年度

檢驗項目	品管濃度	單位	量測不確定度	目標不確定度(允收標準)	來源依據	審查結果	擴充不確定度(2CV)
S.G.	1.000-1.015		0.037	0.20	2CV*	合格	0.074
	1.015-1.050		0.053	0.20	2CV*	合格	0.106

*: 參考2024年能力試驗2CV為允收標準

評估者：陳示琰
技術負責人：李玉婷 114.01.20